EINGANGSSTECKER

PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

ALMEMO®-10fach MU-Stecker für ALMEMO®-Einschubkarten mit 64poliger Federleiste



NICHT für Sensoren geeignet, die eine Anpasselektronik erfordern (z. B. 26 V, Wechselspannung, mA, Feuchtesensoren, Flügelräder, Frequenz, Impulse, Drehzahl)
keine Geberversorgung möglich.

Ausführungen:

ALMEMO®-10fach-Stecker (64pol.) mit EE-PROM-Fühlerdatenspeicher
zum Anklemmen von 10 Fühlern, auf Wunsch nach Angabe fertig programmiert
für Messanlagen ALMEMO® 5690 (nicht verwendbar für ALMEMO® 5590 / 5990) **Best.-Nr. ZA5690MU**

Für Messanlagen ALMEMO® 5590 und 5990 **Best.-Nr. ZA5590MU**

Die aktuellen MU-Stecker ZA5690MU sind nur verwendbar für die aktuellen Anlagen ALMEMO® 5690.
Die alte Ausführung der MU-Stecker ZA5590MU ist verwendbar für die alten Anlagen ALMEMO® 5590/5990, und eingeschränkt auch für die aktuellen Anlagen 5690 (u.a. nur 1 Meßkanal/Eingang, keine Mehrpunktjustage/Steckerlinearisierungen)



10/2008 Irrtum und Änderungen vorbehalten Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH • 83607 Holzkirchen • Deutschland • Tel. +49 8024 3007 0 • FAX. +49 8024 3007 10