


NiCr-Ni-Fühler mit Handgriff FTA 121 LxxxxH



für Oberflächen- und Tauchmessung



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

Messelement:	NiCr-Ni Kl. 1 *
Messspitze:	Einsatzbereich -200...+400 °C Silberniet, plan, abgewinkelt, elektr. nicht isoliert
T ₉₀ : *	3 s
Handgriff: *	127 mm
Kabel:	neu: 1,5 m Teflon/Silikon Thermoleitung**

L = ca. 50 mm

Best. Nr. FTA121L0050H

L = ca. 200 mm

Best. Nr. FTA121L0200H