


NiCr-Ni-Fühler mit Handgriff Typ FTA126LxxxxH



für Tauchmessung



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

Messelement:

NiCr-Ni Kl. 1 *

Messspitze:

Einsatzbereich -200...+900 °C

Mantelleitung Inconel

T₉₀: *

2,5 s

Handgriff: *

127 mm

Kabel:

1,5 m Teflon/Silikon

L = 600 mm

Best.-Nr. FTA126L0600H