

NiCr-Ni-Fühler Typ FTA15P



für Tauchmessung



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

Messelement: NiCr-Ni Kl. 1 *
Messspitze: Einsatzbereich -200...+1100 °C
200x1,5 mm, Mantelleitung Inconel
T₉₀: * 1,5 s
Kabel: ca. 1,4 m Teflon/Silikon
mit angespritztem ALMEMO®-Stecker

L = 200 mm
Fühler mit Handgriff
(keine Varianten lieferbar!)

Best.-Nr. FTA15P
Best.-Nr. FTA15PH