

***neu:* Werks-Kalibrierzertifikat für Simulator KA7531:**

Elektrische Kalibrierung gegen Referenznormale, die auf nationale Standards rückgeführt sind.

Kalibrierung in 6 Messbereichen: Pt100 (5 Punkte) und (jeweils 3 Punkte) Spannung 10 V, Spannung 50 mV, Strom 20 mA, Thermoelement Typ K, Frequenz Hz.

Paketangebot

Best. Nr. KE9006W