

## Relative Luftfeuchte, Temperatur und Umgebungsluftdruck für FMA510

**neu!**

### Werks-Kalibrierzertifikat

Kalibrierung nach der Vergleichsmethode gegen Referenznormale, die auf nationale Standards rückgeführt sind.  
Kalibrierung in einer Klimakammer bei ca. 25°C.

Paketangebot: 1 Temperaturpunkt bei ca. 25°C, 1 Feuchtepunkt bei ca. 50 % r.F., 1 Messpunkt Absolutdruck beim  
Umgebungsluftdruck zum Zeitpunkt der Kalibrierung

**Best. Nr. KH9246W**