

Temperatur

Kalibrierzertifikat für Temperaturmessketten bestehend aus einem Kontakttemperaturfühler und einem Messgerät (auch Fühler einzeln). Diese Kalibrierung kann nur als Tauchmessung bei Fühlern bzw. Fühler + Messgerät (Messkette) durchgeführt werden.

Temperaturbereich: PT100 -196°, -90° bis + 660°C
Thermoelemente -196°, -80° bis + 1600°C



DKD-Kalibrierzertifikat

Kalibrierung nach der Vergleichsmethode gegen PTB-zertifizierte Referenznormale, ausgeführt durch eine DKD-Stelle.

Paket-Angebot (Grundgebühr + 3 Punkte 0°C, 50°C, 100°C)

Best.-Nr. KT9021D

Messpunkte freier Wahl:

Grundgebühr

Best.-Nr. KT9001D

je Messpunkt und Fühler (es sind mind. 2 Punkte erforderlich)

Best.-Nr. KT9011D

Werks-Kalibrierzertifikat

Kalibrierung nach der Vergleichsmethode gegen PTB/DKD-zertifizierte Referenznormale.

Paket-Angebot (Grundgebühr + 3 Punkte 0°C, 50°C, 100°C)

Best.-Nr. KT9021W

Paket-Angebot nur für Temperatur / Feuchtefühler vom Typ FH XXX6-XX Messbereich Temperatur

(Grundgebühr + 3 Punkte 10°C, 25°C, 40°C)

Best.-Nr. KT9041W

Messpunkte freier Wahl:

Grundgebühr (bis 1300°C)

Best.-Nr. KT9001W

Grundgebühr (bis 1600°C)

Best.-Nr. KT9002W

je Messpunkt und Fühler (es sind mind. 2 Punkte erforderlich)

Best.-Nr. KT9011W

Bei Temperaturfühlern der Serie ALMEMO® werden die während der Kalibrierung ermittelten Sensor-Abweichungen in Form von Korrekturwerten für Nullpunkt und Steigung vor der letzten Messung im Fühleranschlusstecker abgelegt.

Die Korrektur erfolgt bei DKD- und Werkskalibrierungen.