


ALMEMO®-Universal-Adapterkabel mit freien Enden



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

Ausführung:

Den ALMEMO®-Universalstecker ZA 9000-FS gibt es auch mit Anschlusskabel und freien Enden als Adapterkabel ZA 9000-AK. Zur Fühlerversorgung kann die Spannung +U mit zwei Lötbrücken eingestellt werden: U_v entspricht der Versorgungsspannung des Gerätes (ab Werk), 5 V ist die geregelte Spannung des ALMEMO®-Steckers. Anschlusskabel: 8adrig 8 x 0,14 mm² schwarz, Länge 1,5 m. Das Anschlussschema und die Farbkodierung der Adern ist bei allen ALMEMO®-Fühlern und -Kabeln einheitlich, so dass jede Anschlussbelegung sofort identifiziert werden kann.

Best.-Nr. ZA9000AK