

neu!



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

ALMEMO® Anschlusskabel mit Messwandler
für Sonden mit SMEK-Steckkopf:

Kabellänge 2 m

Programmierung für pH-Sonde mit eingebautem Temperatursensor NTC (30 kOhm bei 25°C), Linearisierung im ALMEMO® Stecker gespeichert (nur für aktuelle ALMEMO® Geräte V 6):

Best.-Nr. ZA9640AKY8

Programmierung
für pH-Sonde:

Best.-Nr. ZA9610AKY8

Programmierung
für Redox-Sonde:

Best.-Nr. ZA9610AKY9