



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte
Telefon: +49 (0) 2304-96109-0
Telefax: +49 (0) 2304-96109-88
eMail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

FLUKE®

700-IV Strommesswiderstand

Technische Daten	
Art der Messung	Strom-Messwiderstand
Nennstrombereich	4 mA - 20 mA
Kontinuierlicher Strombereich	0 mA - 55 mA
Maximaler zerstörungsfreier Strom	55 mA
Niedrigster messbarer Strom	0 mA
Grundgenauigkeit	0.025% (% vom Messwert + Grundspez.)
Ausgangspegel	10 mV/A

Sicherheit	
Sicherheit	30 V
Maximal zulässige Spannung	30 V

Mechanische & allgemeine Daten	
Gewährleistung	1 Jahr
Abgeschirmte Bananenstecker	Ja