



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte
Telefon: +49 (0) 2304-96109-0
Telefax: +49 (0) 2304-96109-88
eMail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

FLUKE®

TPS VOLTPROBE 1 KV

Technische Daten	
Bereich (effektiv)	10 V bis 1700 V
Vnom	1000 V
Vmax kontin.	2000 V
Bereich für schnelle Transienten $V_p < 1\text{ms}$	6000
Grundfehler	> 0,1 %
Betriebsspannung	600 V CAT IV