

SONSTIGES VERBRAUCHSMATERIAL

Sensorcheck – siehe Seite 67 –



PRÜF- UND ABGLEICHFLÜSSIGKEIT

- Für RF-T 28
- Nur in Verbindung mit einem Sensorcheck zu verwenden
- Set besteht aus: 5 Ampullen mit Vlies (ausreichend für 5 Tests/Justierungen)

SCF 30 5753

- Für Feuchtebereich 10 – 50 % r.F.

SCF 70 5757

- Für Feuchtebereich 50 – 90 % r.F.

SCF 90 5759

- Für Feuchtebereich 80 – 98 % r.F.



KONTAKTMASSE 5400

- Zur Messung von **harten und abgeordneten Baustoffen** (z.B. Estrich, Beton), bei denen eine Bohrung erforderlich ist
- In Verbindung mit den Elektroden **M 6** und **M 21**



WÄRMELEITPASTE 5500

- Zur **Verbesserung der Wärmeübertragung** bei rauen Oberflächen bzw. Kontaktschwierigkeiten
- Für alle kontakt-basierten Temperatur-Messungen zu empfehlen, speziell für OT 100 (BL) und OTW 90/480