



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

Technische Daten

Referenz	Doppelt, Ag/AgCl
Verbindung	Keramik, einfach / 15-20 µl/Std.
Elektrolyt	KCl 3.5 M
max. Druck	0.1 Bar
Bereich	pH : 0 bis 14 Temperatur : 0 bis 100 °C
Kabelschuh	Kugelförmig (Durchm.: 9.5 mm)
Temperaturfühler	Nein
Verstärker	Nein
Körper	Glas
Kabel	Koaxial; 1 m
Anwendungen	Allgemeine Laboranwendungen, stark verschmutzte Medien