

Technische Daten



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

Referenz	EinfachAg/AgCl
Verbindung	keramisch einfach
Elektrolyt	KCl 3.5M + AgCl
max. Druck	0.1 Bar
Bereich pH	0 bis 13
Bereich Temperatur	-5 bis 100 °C
Kabelschuh	Kugelförmig (Durchm.: 9.5 mm)
Temperaturfühler	Nein
Verstärker	Nein
Körper	Glas
Anwendungen	Allgemeine Anwendung im Labor Bier