

Technische Daten



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

Referenz	Doppelt, Ag/AgCl
Verbindung	Keramisch, einfach
Elektrolyt	Gel
max. Druck	2 Bar
Bereich pH	0 bis 13
Bereich Temperatur	0 bis 80 °C
Kabelschuh	Kugelförmig (Durchm.: 7.5 mm)
Temperaturfühler	Nein
Verstärker	Nein
Körper	PEI
Anwendungen	Anwendungen vor Ort