

Testkit für Chlorid (100 Tests)

HI 3898

- Chloridgehalt in Abwasser, Vorprüfung zur CSB-Messung



Outdoor-Anwendungen

Abwasser

Artikel :



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

Testkit für Chloride (100 Tests), Chloride (Interferenztest CSB) (100 Tests)

HI 3898



Parameter : Chlorid (Cl⁻) - CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf) -

[Technische Daten ausblenden](#)

Technische Daten

Parameter	Chloride (Cl ⁻)
Bestimmung	Visuell
Bereich	1000 mg/l (ISO) 2000 mg/l (EPA)
Empfindlichkeit	-
Verfahren	Silbernitrat
Anzahl der Tests	100
Gewicht	200 g