Verlängerungskabel für K-Thermoelement-Fühler der Serie HI 766, Länge 1 m

HI 766 EX

PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

Artikel :

Verlängerung 1 m für Thermoelementsonde Typ KHI 766

HI 766 EX