




# ÜBER 125 JAHRE ERFAHRUNG IN DER MESSTECHNIK

## DKD KALIBRIERZERTIFIKATE AUS UNSEREM AKKREDITIERTEN LABORATORIUM K-26701

### Wie sicher sind Ihre Messwerte?











# LEISTUNGSUMFANG

Zertifikat-Erstellung mit Neulieferungen.

Kalibrierte Leihgeräte für die Dauer der Kalibrierung.

Prüfmittelüberwachung über die gesamte Nutzungsdauer.

Messgröße	Kalibrierumfang	Messunsicherheit
<b>Temperatur</b>		
 	0,010 °C am Wassertripelpunkt	5 mK
	0,00 °C am Eispunkt	10 mK
	-40 °C bis +200 °C im Flüssigkeitsbad	15 mK
	-40 °C bis +100 °C in Klimakammer	100 mK
<b>relative Feuchte</b>		
 	5 % bis 95 % (bei 5 °C bis 95 °C) in Klimakammer	0,4 % bis 0,8 %
	10 % bis 95 % (bei 22 °C) im Feuchtgenerator	0,6 % bis 0,8 %
<b>Taupunkttemperatur / Feuchtgeneratoren</b>		
 	-20 °C bis +80 °C Taupunkttemperatur	80 mK
	5 % bis 95 % (bei 10 °C bis 40 °C) von Feuchtgeneratoren	0,3 % bis 0,6 %
<b>Absolutdruck</b>		
 	700 mbar bis 1200 mbar Druckmedium Luft	0,15 mbar

**DKD**  
Deutscher  
Kalibrierdienst  
K-26701

ZERTIFIZIERT  
DIN EN ISO 9001  
NR 70100 222  
CERTIFIED

G. LUFFT MESS- UND  
REGELTECHNIK GMBH  
GUTENBERGSTRASSE 20  
70736 FELLBACH  
POSTFACH 4252  
70719 FELLBACH  
TEL. 49 (711)-518221-0  
FAX 49 (711)-518221-41  
Info@Lufft.de  
www.Lufft.de

**Lufft**

# DKD - KALIBRIERZERTIFIKAT

**Wir machen messen sicher!**

**Wir bieten kompetenten Service, für jedes Fabrikat.**

**Unser Service für Sie:**

Kostenlose und umfassende Beratung

Eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Kalibrierung

Kostenlose jährliche Erinnerung an eine

Re-Kalibrierung



Deutscher Kalibrierdienst (DKD)  
Akkreditierungsstelle bei der  
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB)  
vertreten im

Deutschen Akkreditierungsrat



Akkreditierung

Die Akkreditierungsstelle des Deutschen Kalibrierdienstes akkreditiert hiermit das  
Kalibrierlaboratorium  
bei  
G. LUFFT Mess- und Regeltechnik GmbH  
Gutenbergstraße 20  
70736 Fellbach

als Kalibrierlaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025 für Kalibrierungen in den Bereichen:

Temperatur, Taupunkttemperatur, relative Feuchte,  
Absolutdruck

Bestandteil der Urkunde ist: Anlage 04 (2 Seiten), 2006-01-26

DAR-Registriernummer: DKD-K-26701  
Akkreditiert im DKD seit: 1999-12-16

Braunschweig, 2006-01-26



Dr.-Ing. Wolfgang Bosch  
Leiter der Akkreditierungsstelle