


ZG410 ZG410/SIL ZG425 ZG425/SIL



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de



PVC / SIL



RZ 096
RZ 099

Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silikon-Isolierung, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone with stackable Ø 4 mm Multilam plugs on both ends with retractable sleeve to prevent accidental touching.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière protégée contre tout contact fortuit par un fourreau isolant rétractable.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	---	--	--	----------------------------------

ZG410	64.9307- *	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 19 A	1,0 mm ²	Ni PVC  RZ 096 0 25 1 50 0 50 2 00 1 00	20 25 21 26 22 27 23 28 24
ZG410/SIL	64.9308- *	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 19 A	1,0 mm ²	Ni SIL  RZ 096 0 25 1 50 0 50 2 00 1 00	20 25 21 26 22 27 23 28 24
ZG425	64.9309- *	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 32 A	2,5 mm ²	Ni PVC  RZ 099 0 25 1 50 0 50 2 00 1 00	20 25 21 26 22 27 23 28 24
ZG425/SIL	64.9310- *	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 32 A	2,5 mm ²	Ni SIL  RZ 099 0 25 1 50 0 50 2 00 1 00	20 25 21 26 22 27 23 28 24