


# MAH 557

Multi-Contact

MC

STÄUBLI GROUP



Typ / Type  
**XZGL-410**

1,0 mm<sup>2</sup>  
Min. Ø 3,4 mm  
Max. Ø 3,9 mm



PEWA  
Messtechnik GmbH


Weidenweg 21  
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0

Fax: 02304-96109-88

E-Mail: info@pewa.de

Homepage : www.pewa.de



MAH 557  
index a

Beim Zusammenstecken der beiden Tüllenteile leichten seitlichen Druck ausüben und Einrasten kontrollieren!

When fitting together the two parts of the insulator, press lightly together from the sides and check that the parts have engaged correctly!

Lors de l'assemblage des deux isolants, exercer une légère pression latérale et contrôler le clipsage !