



**Ø 4 mm-Abgreifer
Prüfpinzen**
XPZ-4AZW XPZ-4WZW
**Ø 4 mm Test Clips
Test tweezers**

**Pince Ø 4 mm
Pincettes de test**


Prüfpinze für feinste Mess- und Prüfarbeiten. Kontakte aus vergoldetem Hartkupfer. Für den Anschluss konfektioniert mit hoch flexiblem, Silikon-isoliertem Zwillingskabel mit Ø 4 mm-Lammellensteckern mit starrer Isolierhülse (Stecker axial oder 90° abgewinkelt). Die gegeneinander isolierten Kontakte der Prüfpinze ermöglichen den Abgriff an zwei Messpunkten unterschiedlichen Potenzials. Pinze mit Griffbereichsmarkierung für abrutschsichere Handhabung. Exakte Kontakttschenkelführung.

Test tweezers for extremely fine test and measuring operations. Contacts made of hard copper, gold-plated. Assembled ready for connection with highly flexible silicone-insulated twin cable with Ø 4 mm Multilam plugs with rigid insulating sleeve (plugs in-line or right angled). The contacts allow simultaneous measurements to be taken from two points of unequal potential. Tweezers with ribbed outer profile to provide a non-slip grip in the defined handling area. Precise guidance of contact arms.

Pince de test pour des mesures fines et précises. Contacts en cuivre dur doré. Montée sur un câble jumelé extra-souple, à isolation silicone, équipé des fiches à lamelles Ø 4 mm protégées par un fourreau isolant rigide (fiches droites ou coudée à 90°). Les deux branches de la pince, isolée l'une de l'autre, permettent de réaliser des mesures en deux points à des potentiels différents. Marquage tactile de la zone de préhension de la pince pour des manipulations sûres. Guidage très précis des deux branches de la pince.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Länge [cm] Lead length [cm] Longueur [cm]	
XPZ-4AZW	66.9103-120	300 V, CAT II / 3 A	2x 0,75 mm ²	Ni SIL CE UL	120	
XPZ-4WZW	66.9104-120	300 V, CAT II / 3 A	2x 0,75 mm ²	Ni SIL CE UL	120	



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de