

PM CAL 1

MZ 69536

KALIBRIERADAPTER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER VDE SICHERHEITSPRÜFGERÄTE

Kalibrierbox mit Widerständen und 2 Drehschaltern.
Drehschalter eins zur Simulation von GUT Werten.
Drehschalter zwei zur Simulation von Fehlerwerten.
Überprüfung von:

- Schutzleiterwiderstandsmessung
- Isolationswiderstandsmessung
- Ersatzableitstrommessung
- Differenz- / Berührungstrommessung



TRANSPONDERLESER

Anschluss fertiges Gerät zum Lesen und Schreiben von Transpondern
Frequenz 125kHz, Lesen: EM4102, Lesen / Schreiben: EM4450, Hitag 1/2, 230V AC Steckernetzteil

PM TL RS

MZ 69568

Schnittstelle RS232, Stromversorgung über 230V Steckernetzteil

PM TL USB

MZ 69569

Schnittstelle USB, Stromversorgung über USB Schnittstelle



Beispielfoto

PM BRT 1

MZ 69531

BEREITSCHAFTSTASCHE FÜR GERÄTETESTER

Passend für alle tragbaren Gerätetester der Serien GT und GTD.
Bereitschaftstasche aus Kunstleder zur Aufnahme des tragbaren
Gerätetesters mit zusätzlichem Fach für Messleitungen.



PM TK 1

MZ 69534

TRANSPORTKOFFER FÜR GERÄTETESTER

Passend für alle tragbaren Gerätetester der Serien GT und GTD.
Stabiler und staubgeschützter Kunststoffkoffer zur Aufnahme der tragbaren
Gerätetester mit weiterem Zubehör wie Barcode-Handscanner, Messleitungen
usw... Die beiliegenden Schaumstoffeinlagen bieten optimalen Schutz für die
Messgeräte.



PM ADS 1

MZ 69535

ADAPTER-SET ZUM PRÜFEN VON LEITUNGSROLLERN

Passend für alle Leitungsprüfgeräte der Serien PML, PMLG und FSM für den
Prüfanschluss von Leitungsrollern. Leitungslänge jeweils ca. 1 m.

LIEFERUMFANG:

- 1x Schutzkontaktverlängerungsleitung 16 A, 3polig, 230 V,
- 1x Verlängerungsleitung CEE 16 A, 3polig, 230 V,
- 1x Verlängerungsleitung CEE 16 A, 5polig, 400 V,
- 1x Verlängerungsleitung CEE 32 A, 5polig, 400 V,
- 1x Verlängerungsleitung CEE 63 A, 5polig, 400 V

PM KALZERT

MZ 69537

KALIBRIERZERTIFIKAT FÜR GERÄTETESTER

für alle Gerätetester im Vertriebsprogramm. Die Gerätetester sollten regelmäßig
(empfohlen mindestens alle 2 Jahre) kalibriert und auf Funktion getestet werden.

PMFI PNA

MZ 69483

10 AUFKLEBER IM BLOCK ZUM NACHWEIS DER MONATLICHEN PRÜFUNG

Der Schutzmaßnahme Fehlerstrom-Schutzschaltung für die ordnungsgemäße Durchführung dieser Prüfung
mit den FI-Prüfgeräten der Serie PMFI

Gemäß den berufsgenossenschaftlichen Vorgaben in der BGI 608 und zur juristischen Absicherung:
Sind diese Prüfungen zu dokumentieren. Eine einfache Möglichkeit dafür ist die Verwendung der MERZ-
Prüfnachweisaufkleber.

Diese werden in die Baustromverteiler eingeklebt und die korrekte Durchführung der monatlichen Prüfungen
wird durch den Prüfer mit Datum und Unterschrift bestätigt. So ist für den Benutzer jederzeit der aktuelle
Prüfstatus ersichtlich.

