

testo 523

Das Kälteanlagen-Analysegerät zur Berechnung von Überhitzung und Unterkühlung einer Kälteanlage. Die mit den zwei Drucksensoren gemessenen Drücke werden sofort, je nach ausgewähltem Kältemittel, in Temperaturwerte umgerechnet und im großen, beleuchteten Display angezeigt.

testo 523, Elektronisches Kälteanlagen-Analysegerät, Anschlüsse aus Messing, inkl. Kalibrierprotokoll und Batterien

Best.-Nr.
0560 5231

testo 523 Set 1

Kälteanlagen-Analysegerät testo 523, Oberflächen-Klettbandfühler

Best.-Nr.
0563 5234

Elektronisches Kälteanlagen-Analysegerät

- Berechnung von Überhitzung und Unterkühlung in Echtzeit
- Display- und Schauglasbeleuchtung
- 2-Wege-Ventilbatterie
- 1 Temperaturfühler-Anschluss
- 30 Kältemittel im Gerät hinterlegt

testo 523 Set 2

Kälteanlagen-Analysegerät testo 523, Oberflächen-Klettbandfühler, inkl. Transportkoffer

Best.-Nr.
0563 5235



Technische Daten

Niederdruck/Hochdruck

Messbereich	25 bar / 50 bar
Überlast	50 bar / 100 bar
Genauigkeit	±0,5% fs (Klasse 0,5)
±1 Digit	
Anschluss	3 x 7/16"-UNF
Temperatur	
Messbereich	-100 ... +200 °C
Genauigkeit	Klasse B ±(0,3 +0,005 t)
Auflösung	0.1 °C
Fühler-Anschlüsse	1 x steckbar

Allgemeine techn. Daten

Druckmedien	FCKW, FKW, N, H2O, CO2
Betriebstemp.	-20... +60 °C
Lagertemp.	-20... +60 °C
Batterietyp	4 Mignonzellen AA
Standzeit	40 h (ohne Beleuchtung)
Abmessung	260 x 130 x 70 mm
Schutzklasse	IP54
Gewicht	1250 g

Fest im Gerät hinterlegte Kältemittel

R12	R290	R402B	R407B	R410A	R500
R1270	R401A	R403B	R407C	R413A	R502
R134a	R401B	R404A	R407D	R414B	R507
R22	R401C	R406A	R408A	R417A	R744
R23	R402A	R407A	R409A	R422A	R718



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de