

## Temperaturfühler NTC zur automatischen Temperaturkompensation der pH-Messung

Stecker-Programmierung Kommentar \*T für Geräte ALMEMO®  
2490 und 2590-2/-3S/-4S und ab 07/2006 für ALMEMO 2690/  
2890/ 5690/ 8590/ 8690.



### Ausführung:

Edelstahl-Mantelfühler (siehe Seite 08.07): Durchmesser 3,0 mm,  
Länge 250 mm, Kabelübergangshülse Sechskant, mit 1,5 m PVC-  
Kabel und ALMEMO®-Stecker **FNA30L0250T**

Schutzschlauch PTFE (für aggressive Medien): einseitig dicht  
verschlossen, Durchmesser innen 3,0 mm, aussen 4,0 mm,  
Länge 700 mm

**ZT9000TS7**



PEWA  
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21  
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0  
Fax: 02304-96109-88  
E-Mail: [info@pewa.de](mailto:info@pewa.de)  
Homepage : [www.pewa.de](http://www.pewa.de)