


NiCr-Ni-Messspitze FT 9307 xG



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de



für Oberflächenmessung an gewölbten Oberflächen

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Messelement: | NiCr-Ni Kl. 2 * |
| Messspitze: | Thermoband, elektr. nicht isoliert |
| T ₉₀ : | 3 s |
| Stecker: | Rundstecker mit Verschraubung |

Einsatzbereich -50...+220 °C **Best. Nr. FT9307TG**

Ersatzmessband **Best. Nr. ZT9307TB**

Bitte unbedingt Fühlertyp angeben!