


neu!

NiCr-Ni-Folienthermoelement FTA 683



für Oberflächenmessung



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

Messelement: NiCr-Ni Kl. 2*
Messspitze: Einsatzbereich -100 bis +200°C
Folie, Isolierung Kresol
 T_{90} : * 2 s

neu: mit festangeschlossener Teflon/Silikon-
Thermoleitung (Litze)**,
-50...+200°C, 2 m, mit ALMEMO® Stecker

Best. Nr. FTA683

Messelement ohne Kabel, freie Enden
(zum Eigenbau von Fühlern) **Best. Nr. FT0683**