

## Infrarot-Temperaturmessung

Kalibrierzertifikat für Temperaturmessketten bestehend aus einem IR-Temperaturfühler und einem Messgerät (auch Fühler einzeln).  
Kalibrierung nicht für FIA908 und AmiR-Typen 7805 / 7806/ 7840 / 7841 / 7842

### DKD-Kalibrierzertifikat

Kalibrierung nach der Vergleichsmethode gegen PTB-zertifizierte Referenznormale, ausgeführt durch eine DKD-Stelle.

Kalibrierung im Bereich  $-20^{\circ}\text{C}$  bis  $+550^{\circ}\text{C}$  in 3 Messpunkten freier Wahl

**Best.-Nr. KI9168D**

Kalibrierung im Bereich  $+600^{\circ}\text{C}$  bis  $+1600^{\circ}\text{C}$  in 3 Messpunkten freier Wahl

**Best.-Nr. KI9178D**

1 weiterer Messpunkt freier Wahl im Bereich  $-20^{\circ}\text{C}$  bis  $+1600^{\circ}\text{C}$  (nicht zwischen  $550^{\circ}\text{C}$ ... $600^{\circ}\text{C}$ )

**Best.-Nr. KI9168DP**

### Werks-Kalibrierzertifikat

Kalibrierung im Bereich  $-20^{\circ}\text{C}$  bis  $+550^{\circ}\text{C}$  in 3 Messpunkten freier Wahl

**Best.-Nr. KI9168W**

Kalibrierung im Bereich  $+600^{\circ}\text{C}$  bis  $+1600^{\circ}\text{C}$  in 3 Messpunkten freier Wahl

**Best.-Nr. KI9178W**

1 weiterer Messpunkt freier Wahl im Bereich  $-20^{\circ}\text{C}$  bis  $+1600^{\circ}\text{C}$  (nicht zwischen  $550^{\circ}\text{C}$ ... $600^{\circ}\text{C}$ )

**Best.-Nr. KI9168WP**



PEWA  
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21  
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0  
Fax: 02304-96109-88  
E-Mail: [info@pewa.de](mailto:info@pewa.de)  
Homepage : [www.pewa.de](http://www.pewa.de)