

## NiCr-Ni Thermoleitung (Litze) T 191-6

**neu!**



PEWA  
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21  
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0  
Fax: 02304-96109-88  
E-Mail: [info@pewa.de](mailto:info@pewa.de)  
Homepage: [www.pewa.de](http://www.pewa.de)

\* allgemeine Technische Daten siehe Seite 08.03

\*\* kein Temperatureinfluß am Übergang vom Messelement (Fühler) zur Leitung

Thermoleitung (Litze)\*\*: NiCr-Ni\*  
Isolierung: Adern Teflon, Mantel Silikon  
Einsatztemperatur: -50...+200°C  
Aderndurchmesser: 0,7 mm  
Außendurchmesser: ca. 3,8 mm

NiCr-Ni Thermoleitung (Litze) mit Teflon/Silikon-  
Isolierung, je m **Best. Nr. LT01916**